

磁気探査機（貸出・返還）チェックシート

平成 年 月 日

貸出番号：

磁気探査機管理番号：

磁気探査機器（借入れ・返還）の手続き手順

1. 外観（機能・性能に影響のあるキズの有無）
 - (1) 検知器（収納箱付） ()
 - (2) 管制器（収納箱付） ()
 - (3) 記録計（収納箱付）
 - (4) ケーブル（5 m） ()
 - (5) 記録計用ケーブル（2 m） ()
2. 電源装置（バッテリー）
 - (1) バッテリー液漏れはないか ()
 - (2) バッテリー液量は十分か ()
 - (3) 起電圧は十分か ()
3. 記録計（消耗品一式、予備ペン・記録紙が揃っているか） ()
4. 総合動作試験（磁気測定出来る状態でチェック）

管制器

 - (1) 検知器に磁気を近づけた時、指示計は振れるか ()
 - (2) 検知器に磁気を近づけた時、マイクロフォンから音は出るか

記録計

 - (1) 検知器に磁気を近づけた時、測定ペンは正常な状態で振れるか ()
 - (2) 紙送り機能、その他の機能は正常か ()

上記のチェック項目全てを確認し、装置が正常に作動したことを確認しました。

借用者

確認担当者

住所：

沖縄総合事務局 建設行政課

TEL：

担当者：

印

氏名：

印